

ActiveCare DVT

DVT 予防用間欠的空氣压迫装置

Continuous Enhanced Circulation Therapy



ER > OR > ICP > WARD

術前・術中・術後～離床後まで

Highly effective & Reliable

- CECT による高い予防効果¹

Small, Light & Silent

- 小型・軽量のポータブルタイプ
- 静音設計

Battery Operated

- バッテリーで最大約 6 時間の連続稼働
- 装着したままでの移動が可能

Easy to Use

- 複雑な操作は一切不要


One System For All Three Application

- 3 種類のスリーブを必要に合せて選択可能

Efficacy 高い予防効果

一般的な IPCD（間欠的空気圧迫装置）に比べ、ActiveCare DVT は DVT 予防効果が高いと報告されています¹。

深部静脈血栓塞栓症 (DVT) 発生率



(実物大)






High Compliance 高い装着率

一般的な IPCD（間欠的空気圧迫装置）に比べ、ActiveCare DVT は装着率が高いことが臨床試験によって証明されています²。

ACCP ガイドライン 第9版（2012年改訂）にはコンプライアンスの目標時間が18時間 / 1日と明記されております³。



References

1. Froimson M, Murray T, and Fazekas A, Venous Thromboembolic Disease Reduction with a Portable Pneumatic Compression Device. J Arthroplasty. 2009; 24(2): 310-316
2. Kahn M, Load C, Murakami M, et al., Deep venous thrombosis prophylaxis in gynecologic surgery: improved compliance with a novel miniaturized pneumatic compression device. J of Pelvic Med Surg. 2003; 98suppl 19:S
3. 9th ACCP Evidence Based Clinical Practice Guidelines 2012




Ordering Information

カタログ No.	品名	入数
A502B-0001-11	ActiveCare DVT	1 台
A201C-0200-10	下腿用スリーブ S サイズ	5 双
A201C-1200-10	下腿用スリーブ M サイズ	5 双
A201C-2200-10	下腿用スリーブ L サイズ	5 双
A201T-0480-10	大腿用スリーブ S サイズ	5 双
A201T-1480-10	大腿用スリーブ M サイズ	5 双
A201T-2480-10	大腿用スリーブ L サイズ	5 双
A201F-1280-10	足底用スリーブ	5 双
501-A-1201-02	エクステンションチューブ 1.2m	2 本
501-A-2001-02	エクステンションチューブ 2.0m	2 本
501-A-2501-02	エクステンションチューブ 2.5m	2 本
503-A-0001-20	専用バッテリー	1 個
H301-H-0002-02	AC アダプター	1 個
A504A-1550-10	キャリングストラップ	10 個

※ ActiveCare DVT は、初回セットにエクステンションチューブ 1.2m、AC アダプター、バッテリー、ブラケットを含んでおります。

販売名：ウィズエアー DVT
医療機器製造販売承認番号：222AKBZX00016Z00



Technical Specifications			
適応	DVT(深部静脈血栓症)の予防 術後痛、及び腫脹の軽減、創傷治癒時間の短縮、他	圧力	足底: 130mmHg (±10%) 下腿/大腿: 50mmHg (±10%)
サイズ	135 × 135 × 60mm	圧迫時間	足底: 最長6秒まで(装着方法により異なる) 下腿: 最長10秒まで 大腿: 最長15秒まで(装着方法により異なる)
重量	748g (バッテリー含む)		
バッテリー	7.2V(充電式NiMH) 連続稼働: 約6時間 初回充電時間: 約4 - 5時間	圧迫サイクル	足底: 2回/分 下腿/大腿: 1回/分



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、福岡