

2017年12月吉日

お客様各位

原田産業株式会社
メディカルチーム

呼気 NO モニターNObreath®

定期メンテナンスに伴う作業内容および価格改定のお知らせ

前略

ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、日頃からご愛顧頂いております弊社製品「呼気 NO モニターNObreath®」（製品コード 3050-600）の定期メンテナンスに伴う作業内容および価格を、下記の通り改定いたしますことをご連絡申し上げます。

なお、本改定は製品の測定精度を向上させるための改定でございます。価格改定にご理解いただきますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

草々

記

【開始時期】

2018年1月1日以降に受領した依頼品より適応開始

【改定内容】

定期メンテナンス内容にナフィオンチューブ交換を追加。

	変更前	変更後
作業内容	◆校正作業 ◆部品交換 ・Oリング ・NOx スクラバ ・内部フィルタ ・内部バッテリー	◆校正作業 ◆部品交換 ・Oリング ・NOx スクラバ ・内部フィルタ ・内部バッテリー ・ <u>ナフィオンチューブ</u>
希望小売価格 (税抜)	¥30,400	¥50,000

【改定理由】

ナフィオンチューブは呼気サンプルの湿度を調整する役割を担っております。従来は交換頻度を1~2年として劣化状態に応じて交換しておりましたが、今後はより高い精度を保つために1年毎に交換を行うこととさせていただきます。

以上