

2020年5月

取引先各位

原田産業株式会社
メディカルチーム

「Medgyn ピペットIV」仕様変更のご案内

拝啓




貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、長年ご愛顧いただいております「Medgyn ピペットIV」におきまして、下記の通り製品仕様が変わりましたので、ご案内申し上げます。ご案内が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。尚、本変更に伴う商品コード・JANコード・価格の変更はございません。

変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品	38021-000 MedGyn ピペットIV	
対象ロット	『LOT : 20190628』以降	
変更時期	2020年3月出荷分～	
変更内容	ロッドの手元にストッパーを追加	
変更箇所		
製品画像	変更前 	変更後 
変更目的	採取時に誤ってロッドをシース奥に押し込み、ロッドが削れることを防ぐため	
留意点	本変更において、製品の有効性や安全性に影響はありません。従来品と比べ、検体を取り出す際にシース奥まで押し込めない構造となりました。取り出しにくい場合は、滅菌済のハサミでシース先端を切断し検体を取り出してください。	

以上