機械器具(21) 類別名称　内臓機能検査用器具
管理医療機器　特定保守管理医療機器
一般的名称：電子式診断用スパイロメータ　JMDN コード：13680002
（一般的名称：パルスオキシメータ　JMDN コード：17148010）

「スパイロドック」の構成品
パルスオキシメーター

【警告】
1. 手術室、引火性液体／洗剤がある場所、または引火性麻酔ガス（酸素または窒素）のある場所で使用しないこと。
2. 風の影響がある場所、熱源／冷源、直射日光、その他の光源／ほこり、砂、その他の化学物質等の影響がある環境で使用しないこと。[故障の原因となる]

【形状・構造及び原理等】
1. 構成
　パルスオキシメーター

2. 形状
　パルスオキシメーター

3. 機能
　パルスオキシメータとして使用する際に、SpO_2 ポートに接続する。指を入れて測定する。

4. 原理
　接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用目的又は効果】
接続する機器の付属文書を参照すること。

【使用方法等】
本品は、スパイロドック（認証番号：224AKBZX00023000）と組み合わせて使用する。
(1) 本品を本体に接続し、患者の指を挿入する。
(2) 測定後は、本体の電源を切り、本品を取り外す。

【使用上の注意】
・他の医療機器とは組み合わせて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
高温、多湿、直射日光の当たる場所に保管しないこと。

〈耐用期間〉
7 年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に関する事項】
〈使用者による保守点検事項〉
軽く湿らせた柔らかい布で全体を清掃すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：原田産業株式会社
　　電話番号：06-6244-0978
外国製造業者：ミーア社(MIR Medical International Research)
国名：イタリア

取扱説明書を必ず参照すること