

2021年3月19日

取引先各位

原田産業株式会社
メディカルチーム「マイクロプラススモーカーライザー」修理対応終了のご案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2015年8月頃に製造販売を終了させていただきました一酸化炭素濃度測定器「マイクロプラススモーカーライザー」ですが、海外製造元の修理パーツ供給が停止したため、部品交換を伴う修理対応を下記の通り終了することとなりました。

修理対応終了後は部品交換を伴わない校正作業につきましては継続して対応いたします。ただし、センサー寿命(3年)を過ぎている機器についてはセンサー交換が必要となり、校正作業だけのお受付はできませんのでご理解いただければと思います。

急なご案内となり申し訳ございませんが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

商品番号	03050-400	
商品名	マイクロプラススモーカーライザー	
修理対応終了時期	2021年5月末 ※ただし、部品在庫無くなり次第終了	
修理対応終了後 校正作業の対応	前回のセンサー交換から 3年以内の機器	前回のセンサー交換から 3年以上経過した機器
	対応可能	対応不可

以上