

2024年5月

取引先各位

原田産業株式会社  
メディカルチーム

## 「BOP 滅菌バッグ」滅菌インジケーター、サイズ変更等のご案内

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日頃よりSPS Medical社製 BOP 滅菌バッグをご愛顧いただき、ありがとうございます。この度、同製品の滅菌インジケーター、サイズ等が変更されることになりましたので、以下の通りご連絡申し上げます。

2020年に廃止した EOG 滅菌用インジケーター、および旧サイズラインナップへの需要が世界的に大きかったことから、今回の再変更に至っております。前回の変更から短いスパンでの再変更となり、お客様には多大なるご迷惑をお掛けいたします。大変恐れ入りますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

—記—

- 対象製品  
BOP 滅菌バッグ フラットパウチ
- 変更点  
別紙1をご参照ください。
- サイズラインナップ  
別紙2をご参照ください。
- 変更適用時期  
2024年9月以降、現行品在庫がなくなった品番から順次変更。







以上

(別紙1) 変更点


① 滅菌インジケータの種類 (1種類→3種類)

変更前 (SI: Single Indicator)	変更後 (TI: Triple Indicator)
オートクレーブ	オートクレーブ EOG 滅菌 ホルマリン滅菌

◆変更後の滅菌インジケータ 滅菌前後の色変化イメージ:

Sterilization Method	Before sterilization	After Sterilization
Steam		
Ethylene Oxide		
Formaldehyde		


◆滅菌インジケータの印字イメージ



② 滅菌インジケータ、ロゴ等の印字面


変更前:

多層フィルム内部に印字



変更後:

ペーパー面 (サイドシール部分) に印字



※上記以外の点 (製品の原材料、厚み等) に変更はありません。

## (別紙2) サイズラインナップ

商品コード	製品名 mm×mm
03061-301	フラットパ°ウチ TI 75*150(2400 枚)
03061-303	フラットパ°ウチ TI 75*250(3600 枚)
03061-305	フラットパ°ウチ TI 75*300(1200 枚)
03061-313	フラットパ°ウチ TI 120*250(1600 枚)
03061-314	フラットパ°ウチ TI 120*350(2000 枚)
03061-319	フラットパ°ウチ TI 150*200(1200 枚)
03061-321	フラットパ°ウチ TI 150*320(1000 枚)
03061-324	フラットパ°ウチ TI 160*220(1200 枚)
03061-327	フラットパ°ウチ TI 210*320(1000 枚)
03061-335	フラットパ°ウチ TI 250*380(1000 枚)
03061-336	フラットパ°ウチ TI 250*420(600 枚)
03061-337	フラットパ°ウチ TI 250*500(500 枚)
03061-339	フラットパ°ウチ TI 270*450(500 枚)
03061-344	フラットパ°ウチ TI 320*450(600 枚)
03061-345	フラットパ°ウチ TI 320*500(500 枚)
03061-346	フラットパ°ウチ TI 320*550(400 枚)
03061-347	フラットパ°ウチ TI 320*600(400 枚)
03061-348	フラットパ°ウチ TI 380*500(400 枚)
03061-349	フラットパ°ウチ TI 380*600(400 枚)
03061-350	フラットパ°ウチ TI 420*600(500 枚)